

# Přehled doporučující množství krve podávané prostřednictvím autotransfúze systémem Ortho P.A.S.

**MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ AUTOLOGNÍ KRVE JEŽ JE MOŽNO PODAT ZPĚTNOU RETRANSFUZI UZAVŘENÝM SYSTÉMEM ORTHO. P.A.S.**

		<b>MUŽI</b>	<b>ŽENY</b>
<b>VÁHA PACIENTA</b>	<b>50 – 60 Kg</b>	<b>650 ML</b>	<b>550 ML</b>
	<b>61 – 70 Kg</b>	<b>750 ML</b>	<b>650 ML</b>
	<b>71 – 80 Kg</b>	<b>850 ML</b>	<b>750 ML</b>
	<b>81 – 90 Kg</b>	<b>950 ML</b>	<b>850 ML</b>
	<b>91 – 100 Kg</b>	<b>1000 ML</b>	<b>950 ML</b>
	<b>&gt;100 Kg</b>	<b>1000 ML</b>	<b>1000 ML</b>

